

Miłkowice, dnia 05.07.2013r

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn: Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety oraz innych artykułów dopuszczonych do obrotu aptecznego dla Apteki Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami) informuję, że w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści:

Czy ze względu na pojawienie się nazwy własnej testów paskowych do oznaczania stężenia glukozy we krwi w poz. oznaczonej w pakiecie numerem 29 Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie oferty równoważnej, ponieważ zapis pakietu w obecnej postaci uniemożliwia złożenie oferty konkurencyjnej. Wynika to z faktu, że wszystkie systemy do monitorowania stężenia glukozy we krwi są systemami zamkniętymi i użycie innych pasków testowych niż dedykowane do danej marki glukometru jest niemożliwe.

W celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo-cenowej prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pozycji oznaczonej w pakiecie numerem 29 pasków testowych o parametrach równoważnych lub przewyższających w stosunku do pasków konkurencyjnych. Jednocześnie prosimy o określenie wymagań Zamawiającego co do oferowanych pasków testowych:

1) Czy Zamawiający potwierdza, że dopuszcza zaoferowanie tylko takich pasków testowych do monitorowania glikemii. które – podobnie jak paski testowe wymienione w SIWZ - umożliwiają wykonywanie pomiarów glikemii we krwi żyłnej, tętniczej i kapilarnej oraz minimalizują ryzyko występowania interferencji z tlenem (które występują w systemach opartych na działaniu oksydazy glukozowej, co ograniczałoby monitorowanie glikemii u osób z hipoksją lub poddanych tlenoterapii)?

2) Czy zamawiający wymaga aby czas pomiaru stężenia glukozy we krwi z zastosowaniem zaofertowanych pasków testowych wynosił maksymalnie 5 sekund?

Ze swojej strony oferujemy dostarczenie glukometrów wliczonych w cenę pasków testowych.

Prosimy o podanie niezbędnej ilości aparatów potrzebnych Zamawiającemu, do których oferujemy bezpłatny, pełny serwis w trakcie trwania umowy przetargowej.

Odpowiedź:

Pragniemy zwrócić uwagę, iż przetarg ogłasza Gminny Ośrodek Zdrowia, lecz dla apteki ogólnodostępnej a zamawiana szeroka gama testów paskowych do mierzenia poziomu cukru będzie sprzedawana na recepty pacjentom, a nie będzie służyła do pomiarów w ośrodku zdrowia.

Nie jest możliwe zamówienie tylko jednego rodzaju testu i potraktowanie go jako równoważnego do pozostałych, ponieważ do apteki przychodzą pacjenci z receptami na różne rodzaje testów, posiadający różne rodzaje glukometrów.

Apteka musi zabezpieczyć dostęp pacjentów do różnych rodzajów testów.

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na numer faxu 76-8871-212 lub na adres emailowy zp@ugmilkowice.net.